














Instructions for use **Ambu® Perfit Collar**







				
EN	This product is MR Safe.	Single patient multiple use	Country of manufacturer	Medical Device
BG	Този продукт е безопасен при МР.	За многократна употреба от един пациент	Държава на производителя	Медицинско изделие
CS	Tento výrobek je MR bezpečný.	K opakovanému použití u jednoho pacienta	Země výrobce	Zdravotnický prostředek
DA	Dette produkt er MR-sikkert.	Flergangsbrug til enkelt patient	Producentland	Medicinsk utstyr
DE	Dieses Produkt ist MR-sicher.	Mehrzahlverwendung bei einem Patienten	Produktionsland	Medizinprodukt
EL	Αυτό το προϊόν είναι ασφαλές για MR.	Για πολλαπλές χρήσεις σε έναν ασθενή	Χώρα κατασκευαστή	Ιατροτεχνολογικό προϊόν
ES	Este producto es compatible con RM.	Varios usos en un único paciente	País de origen del fabricante	Producto sanitario
ET	Toode on MR-kindel.	Korduskasutuseks ühe patsiendiiga	Tootja riik	Meditiiniseade
FI	Tämä tuote on MK-turvallinen.	Yhden potilaan käytöön, monta käyttökertaa	Valmistusmaa	Lääkinnällinen laite
FR	Ce produit ne présente aucun danger en cas d'IRM.	Usage multiple pour un seul patient	Pays du fabricant	Dispositif médical
HR	Ovaj proizvod siguran je za upotrebu uz MR.	Za višekratnu upotrebu na jednog pacijentu	Zemlja proizvodnje	Medicinski uredaj
HU	Ez a termék MR-biztos.	Egyetlen pácienshez, több alkalommal használható eszköz	A gyártó országa	Orvostechnikai eszköz
IT	Questo prodotto è compatibile con RM.	Monopaziente, multiuso	Paese di produzione	Dispositivo medico
JA	本製品はMRでは安全です。	1人の患者が複数回使用できる	製造業者の国	医療装置
LT	Šis gaminys yra saugus naudoti su magnetinio rezonanso (MR) įranga.	Naudoti vienam pacientui daug kartų	Gamintojo šalis	Medicinos prietaisais
LV	Šis ir MR vidē lietošanai drošs produkts.	Atkārtotai lietošanai vienam pacientam	Ražotājvalsts	Mediciniskā ierīce
NL	Dit product is MR-veilig.	Meervoudig gebruik bij één patiënt	Land van fabrikant	Medisch hulpmiddel
NO	Dette produktet er MR-sikkert.	Til bruk flere ganger for én pasient	Produksjonsland	Medisinsk utstyr
PL	Ten produkt można stosować bezpiecznie w badaniach rezonansu magnetycznego.	Produkt wielokrotnego użytku, dla jednego pacjenta	Kraj producenta	Wyrób medyczny
PT	Este produto é seguro para utilização em IRM.	Utilização múltipla num único paciente	País do fabricante	Dispositivo médico
RO	Acest produs este sigur pentru utilizare în IRM.	Utilizare multiplă pentru un singur pacient	Țara producătorului	Dispozitiv medical
RU	Данное изделие безопасно для использования с МРТ.	Для индивидуального многоразового использования	Страна-изготовитель	Медицинское устройство
SK	Tento produkt je bezpečný na použitie pri MR.	Na opakované použitie u jedného pacienta	Krajina výrobcu	Zdravotnícka pomôcka
SL	Ta izdelek je varen za uporabo z magnetno resonanco.	Za večkratno uporabo pri enem bolniku	Država proizvajalca	Medicinski prípomoček
SV	Denna produkt är MR-säker.	För flergångsbruk på en patient	Tillverkningsland	Medicinteknisk produkt
TR	Bu ürün MR güvenlidir.	Tek hasta için, tekrar kullanılabilir	Üretildiği ülke	Tıbbi Cihazdır
ZH	本产品可在 MR 中安全使用。	可供单个患者多次使用	制造商所属国家/地区	医疗设备

Content	Page
English.....	06
България	08
Česky	10
Dansk.....	12
Deutsch.....	14
Ελληνικά	16
Español	18
Eesti	20
Suomi.....	22
Français	24
Hrvatski.....	26
Magyar.....	28
Italiano.....	30
日本語.....	32
Lietuviškai.....	34
Latviski.....	36
Nederlands.....	38
Norsk	40
Polski	42
Português.....	44
Romania	46
Русский.....	48
Slovenčina	50
Slovenčina	52
Svenska	54
Türkçe	56
中文	58

Perfit Extrication Collar Size Guide

Size 1 Small Pediatric = Purple

Size 2 Pediatric = Green

Size 3 Neckless = Red

Size 4 Short = Yellow

Size 5 Regular = Blue

Size 6 Tall = Pink

1.0. Important information – Read Before Use

All instructions must be read and understood prior to application of the collar. All directions are to be considered as guidelines and not an attempt to define medical practice.

1.1. Intended use

The Ambu® Perfit collar is a one-piece rigid cervical spine immobilization device designed to assist the rescuer with the maintenance of neutral alignment, prevention of lateral (side-to-side) sway and anterior-posterior (forward and backward) flexion and extension of the cervical spine during patient transport or movement.

1.2. Contra Indications

Immobilization with a collar is not recommended in trauma patients with penetrating injuries or with ankylosing spondylitis.

1.3. Warnings and Cautions

WARNINGS

1. The collar is intended for application by licensed health care practitioners as directed by a physician or other medical authority. Permanent injury may result from use other than as directed by a physician or other medical authority.
2. Do not re-use collar on another patient. The collar is for single patient use. Re-use can cause contamination leading to infections.
3. Do not use the collar on a patient for more than 24 hours. Prolonged stay in a collar has been associated with the development of pressure ulcers.

CAUTIONS

1. Ensure the chin piece is in correct position and that the size is fixed at all time during use as detachment of collar during use can lead to severe neck injury.

1.4. Potential Adverse Events

Diagnostic disturbance, skin abrasion or pressure ulcers and impaired ventilation.

1.5. General Notes

If, during the use of this device or as a result of its use, a serious incident has occurred, please report it to the manufacturer and to your national authority.

2.0. Specifications

Storage temperature:

Tested at -30 °C (-22 °F) and +70 °C (158 °F) according to EN 1789.

Operational Temperature:

-10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Use of Ambu® Perfit Collar

- Have one rescuer manually stabilize the head and neck, gently holding the head and neck in the neutral alignment position. (1)
- Measure the distance between an imaginary plane drawn horizontally and immediately below the patient's chin and second horizontal plane drawn immediately on top of the patient's shoulder. (2)
- Compare this distance with the distance from the collar sizing line to the lower aspect of the plastic collar body (not the foam) and select the appropriate collar size. (3)
- Before placing the collar on the patient, ensure that the chin piece is flipped to front. (4, 5)
- Wrap the collar around the patients neck. (6, 7, 8, 10, 11)
- Secure the collar using the velcro. (9, 12, 13)
- A nasal airway tubing can be attached to the tube hooks at both sides. (14)

4.0. Disposal

Used products must be disposed off according to local procedures.

Ръководство за размерите на шийна яка Perfit

Размер 1 малки деца = лилаво

Размер 2 деца = зелено

Размер 3 безшиен = червено

Размер 4 къс = жълто

Размер 5 нормален = синьо

Размер 6 дълъг = розово

1.0. Важна информация – прочетете преди употреба

Всички инструкции трябва да се прочетат и разберат добре преди използване на яката. Всички указания трябва да се приемат като насоки, а не като опит за определяне на медицинска практика.

1.1. Предназначение

Яката Ambu® Perfit е ригидно устройство от една част за обездвижване на шийните прешлени, което е създадено да подпомага лицето, оказващо помощ, като поддържа неутрално спрямо дължината положение, предотвратява странично (от една страна до друга) поклащане и антериорно-постериорна (напред-назад) флексия и екстензия на шийните прешлени по време на транспортиране или преместване на пациента.

1.2. Противопоказания

Обездвижване с яка не се препоръчва при пациенти с травми с проникващи наранявания или с анкилозиращ спондилит.

1.3. Предупреждения и предпазни мерки

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Яката е предназначена за поставяне от лицензирани здравни работници по указания на лекар или друг медицински орган. Постоянно увреждане може да настъпи от употреба, различна от указаната от лекар или друг медицински орган.
2. Не използвайте яката повторно върху друг пациент. Яката е за употреба само от един пациент. Повторната употреба може да причини контаминация, която да доведе до инфекции.
3. Не използвайте яката върху пациент за повече от 24 часа. Продължителният престой в яка се свързва с развитие на декубитални рани.

ПРЕДПАЗНИ МЕРКИ

1. Уверете се, че частта за брадичката е в правилна позиция и че размерът е фиксиран през целия период на употреба, тъй като отделянето на яката по време на употреба може да доведе до тежки травми на врата.

1.4. Потенциални нежелани събития

Диагностични нарушения, кожни абразии, декубитални рани и нарушена вентилация.

1.5. Общи бележки

Ако по време на употреба на това устройство или като резултат от неговата употреба възникнат сериозни инциденти, съобщете за тях на производителя и на националния компетентен орган.

2.0. Спецификации

Температура на съхранение: Тествано при -30 °C (-22 °F) и +70 °C (158 °F) съгласно EN 1789.

Работна температура: -10 до +40 °C (14 до 104 °F).

3.0. Употреба на яката Ambu® Perfit

- Едно лице, оказващо помощ, трябва ръчно да стабилизира главата и шията, като внимателно ги придвижва в неутрално спрямо дължината положение. (1)
- Измерете разстоянието между въображаема равнина, начертана хоризонтално и непосредствено под брадичката на пациента, и втора хоризонтална равнина, начертана непосредствено върху рамото на пациента. (2)
- Сравнете това разстояние с разстоянието от оразмерителната линия на яката до долната страна на пластмасовото тяло на яката (не дунапрена), след което изберете подходящия размер на яката. (3)
- Преди да поставите яката върху пациента, се уверете, че частта за брадичката е обърната напред. (4, 5)
- Увийте яката около врата на пациента. (6, 7, 8, 10, 11)
- Закрепете добре яката с помощта на велкро фиксатора. (9, 12, 13)
- Назална тръбичка за дихателните пътища може да се постави на кукичките от двете страни. (14)

4.0. Изхвърляне

Използваните продукти трябва да се изхвърлят в съответствие с местните процедури.

Průvodce velikostmi fixačních límců Perfit

- Velikost 1 Malý dětský = fialový
- Velikost 2 Dětský = zelený
- Velikost 3 Bez krční části = červený
- Velikost 4 Krátký = žlutý
- Velikost 5 Standardní = modrý
- Velikost 6 Vysoký = růžový

1.0. Důležité informace – před použitím čtěte

Před použitím fixačního límce je nutné, abyste si přečetli veškeré pokyny a porozuměli jim. Zde obsažené informace by měly být chápány pouze jako pokyny, nikoli jako pokus o vymezení lékařského postupu.

1.1. Určené použití

Fixační límec Ambu® Perfit je pevná jednodílná pomůcka určená k imobilizaci krční páteře, která záchranářům pomáhá zajišťovat neutrální polohu hlavy a krku, předcházet vychýlení krční páteře v laterálním směru (ze strany na stranu) a flexi či extenzi v anteriorně-posteriorním směru (zezadu dopředu) během transportu nebo přesunu pacienta.

1.2. Kontraindikace

Imobilizace za použití fixačního límce není doporučena u traumatických pacientů s penetrujícími poraněními nebo ankylozující spondylitidou (Bechtěrevovou nemocí).

1.3. Varování a upozornění

VAROVÁNÍ

1. Fixační límec je určen k použití řádně vyškoleným zdravotníkem v souladu s pokyny lékaře nebo orgánu zdravotní péče. Použití límce jiným způsobem než podle pokynů lékaře či orgánu zdravotní péče může mít za následek trvalé poranění.
2. Nepoužívejte fixační límec u více pacientů. Je určen k použití jednorázově pouze u jednoho pacienta. Opakované použití může způsobit kontaminaci vedoucí k infekcím.
3. Fixační límec nepoužívejte u pacienta déle než 24 hodin. Jeho delší použití je spojováno se vznikem dekubitů.

UPOZORNĚNÍ

1. Ujistěte se, že je podpěrka brady ve správné poloze a že je po celou dobu použití vždy správně upravena velikost, jelikož uvolnění fixačního límce může vést k závažnému poranění krku.

1.4. Potenciální nepříznivé události

Rušení diagnostických zdravotnických prostředků, abraze kůže nebo dekubity a ztížená ventilace.

1.5. Obecné poznámky

Jestliže v průběhu anebo v důsledku použití tohoto prostředku dojde k závažné nežádoucí příhodě, oznamte ji výrobcu a příslušnému národnímu úřadu.

2.0. Technické specifikace

Teplota skladování: Testováno při teplotě -30 °C (-22 °F) a +70 °C (158 °F) dle normy EN 1789.

Provozní teplota: -10 až +40 °C (14 až 104 °F).

3.0. Použití fixačního límce Ambu® Perfit

- První záchranař provede manuální stabilizaci jemným uchopením hlavy a krku a jejich udržováním v neutrální poloze. (1)
- Změřte vzdálenost mezi imaginární horizontální rovinou procházející těsně pod pacientovou bradou a druhou horizontální rovinou procházející těsně nad pacientovými rameny. (2)
- Tuto vzdálenost porovnejte se vzdáleností od vyznačené velikostní rysky ke spodní části plastové kostry límce (ne pěnové výplně) a vyberte odpovídající velikost límce. (3)
- Před přiložením fixačního límce na krk pacienta zkонтrolujte, zda je podpěrka brady vyklopena dopředu. (4, 5)
- Límc přiložte kolem krku pacienta. (6, 7, 8, 10, 11)
- Zajistěte límc páskem se suchým zipem. (9, 12, 13)
- Rourku nosního vzduchovodu je možné připojit k háčkům na obou stranách. (14)

4.0. Likvidace

Použité prostředky musí být zlikvidovány v souladu s místními postupy.

Størrelsesguide til Perfit immobiliseringskrave

Størrelse 1, lille paediatrisk = lilla

Størrelse 2, Pædiatrisk = grøn

Størrelse 3, Halsløs = rød

Størrelse 4, Kort = gul

Størrelse 5, Almindelig = blå

Størrelse 6, Høj = pink

1.0. Vigtig information – læsinden brug

Alle anvisninger skal læses og forstås, inden kraven tages i brug. Alle instruktioner skal betragtes som retningslinjer og ikke et forsøg på at definere lægepraksis.

1.1. Tilsigtet anvendelse

Ambu® Perfit kraven er en stiv immobiliseringsenhed i ét stykke til columna cervicalis, der er designet til at hjælpe redningsfolk med at holde patienten i en neutral stilling, forebygge lateral (side-til-side) svajen og anterior-posterior (fremad og bagud) fleksion og ekstension af columna cervicalis under transport eller forflytning af patienter.

1.2. Kontraindikationer

Immobilisering med kraven frarådes hos traumepatienter med penetrerende skader eller med ankyloserende spondylitis.

1.3. Advarsler og forsigtighedsregler

ADVARSLER



1. Kraven bør kun anlægges af uddannet redningspersonel, efter anvisning af en læge eller anden lægelig myndighed. Permanent skade kan forekomme, hvis den ikke benyttes som anbefalet af en læge eller anden lægelig myndighed.
2. Kraven må ikke genbruges til en anden patient. Kraven er til enkeltpatientbrug. Genbrug kan forårsage kontaminering, hvilket kan medføre infektioner.
3. Kraven må ikke anvendes på en patient i mere end 24 timer. Langvarigt ophold i kraven er blevet sat i forbindelse med udvikling af tryksår.

ADVARSLER

1. Sørg for, at hagestykket sidder korrekt, og at størrelsen hele tiden er fikseret under brugen, da det kan medføre alvorlig nakkeskade, hvis kraven går af under brugen.

1.4. Potentielle utilsigtede hændelser

Diagnostisk forstyrrelse, hudafskrabning eller tryksår og forringet ventilation.

1.5. Generelle bemærkninger

Hvis der sker en alvorlig hændelse under brugen af denne enhed eller som resultat af brugen af den, bedes det indberettet til producenten og til den nationale myndighed.

2.0. Specifikationer

Opbevaringstemperatur: Testet ved -30 °C (-22 °F) og +70 °C (158 °F) i henhold til EN 1789.

Driftstemperatur: -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F).

3.0. Anvendelse af Ambu® Perfit krave

- Lad en af redderne stabilisere hovedet og halsen manuelt ved forsigtigt at holde hoved og hals i en neutral, lige position. (1)
- Mål afstanden mellem et imaginært plan tegnet vandret og lige under patientens hage og et andet vandret plan tegnet lige over patientens skulder. (2)
- Sammenlign denne afstand med afstanden fra kravens størrelseslinje til det nederste aspekt af selve plastkraven (ikke skummet), og vælg den korrekte kravestørrelse. (3)
- Sørg for at hagestykket vender fremad, før kraven sættes på patienten. (4, 5)
- Fold kraven omkring patientens hals. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fastgør kraven med velcrobåndene. (9, 12, 13)
- På begge sider findes der kroge, hvorpå en nasal oxygenslange kan monteres. (14)

4.0. Bortskaffelse

Brugte produkter skal bortskaffes i henhold til lokale procedurer.

Perfit Zervikalstütze Größentabelle

Größe 1 Kleinkind = lila

Größe 2 Kind = grün

Größe 3 Halslos = rot

Größe 4 Klein = gelb

Größe 5 Regulär = blau

Größe 6 Groß = rosa

1.0. Wichtige Informationen – Vor Verwendung lesen

Vor der Verwendung der Zervikalstütze müssen alle Anweisungen gelesen und verstanden worden sein. Alle Anweisungen sind als Richtlinien und nicht als Definition medizinischer Vorgehensweisen zu verstehen.

1.1. Zweckbestimmung

Die Ambu® Perfit Zervikalstütze ist eine einteilige, rigide Vorrichtung zur Immobilisierung und neutralen Positionierung der Halswirbelsäule. Sie verhindert die laterale (seitliche) Bewegung und die Anterior-Posterior-Flexion (nach vorne und hinten) der Halswirbelsäule während des Transports oder der Umlagerung des Patienten.

1.2. Kontraindikationen

Die Immobilisierung mit einer Zervikalstütze wird bei Traumapatienten mit durchdringenden Verletzungen oder Spondylitis ankylosans nicht empfohlen.

1.3. Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen

WARNHINWEISE

1. Die Zervikalstütze darf nur von ausgebildetem medizinischen Fachpersonal gemäß der Anweisung eines Arztes oder einer anderen medizinischen Autoritätsperson angelegt werden. Ein Anlegen, das nicht gemäß der Anweisung eines Arztes oder einer anderen medizinischen Autoritätsperson erfolgt, kann zu bleibenden Verletzungen führen.
2. Die Zervikalstütze nicht bei einem anderen Patienten wiederverwenden. Die Zervikalstütze ist für die Verwendung an lediglich einem Patienten bestimmt. Die Wiederverwendung kann zu einer Kontamination führen, aus der sich Infektionen entwickeln können.
3. Verwenden Sie die Zervikalstütze nicht länger als 24 Stunden an einem Patienten. Bei einer längeren Verwendung der Zervikalstütze kann es zur Entstehung eines Dekubitus kommen.

WARNHINWEISE

1. Stellen Sie sicher, dass das Kinnstück korrekt positioniert ist und dass die Größe jederzeit fixiert ist, da ein Ablösen der Zervikalstütze während der Verwendung zu schweren Nackenverletzungen führen kann.

1.4. Mögliche unerwünschte Ereignisse

Diagnostische Störungen, Hautabschürfungen oder Dekubitus sowie beeinträchtigte Beatmung.

1.5. Allgemeine Hinweise

Falls während oder infolge der Verwendung der Zervikalstütze ein schwerer Zwischenfall aufgetreten ist, melden Sie diesen bitte dem Hersteller und ihrer zuständigen nationalen Behörde.

2.0. Spezifikationen

Lagertemperatur: Geprüft bei -30 °C und +70 °C gemäß EN 1789.

Betriebstemperatur: -10 °C ~ +40 °C.

3.0. Verwendung der Ambu® Perfit Zervikalstütze

- Ein Helfer stabilisiert Kopf und Nacken manuell und hält beides vorsichtig in neutraler Position. (1)
- Messen Sie den Abstand zwischen einer horizontal gezogenen imaginären Ebene direkt unterhalb des Kinns des Patienten und einer zweiten imaginären Ebene direkt über der Schulter des Patienten. (2)
- Den Abstand zwischen Markierungslinie und Unterkante des Kunststoffkörpers der Zervikalstütze (ohne Schaumstoff) mit dem Abstand aus obigem Punkt abgleichen und die angemessene Größe wählen. (3)
- Stellen Sie vor dem Anbringen der Zervikalstütze am Patienten sicher, dass das Kinnstück nach vorne geklappt ist. (4, 5)
- Legen Sie die Zervikalstütze um den Nacken des Patienten. (6, 7, 8, 10, 11)
- Sichern Sie die Zervikalstütze mit dem Klettverschluss. (9, 12, 13)
- An den beidseitigen Haken lässt sich ein Tubus zur nasalen Intubation befestigen. (14)

4.0. Entsorgung

Benutzte Produkte müssen gemäß den vor Ort geltenden Verfahren entsorgt werden.

Οδηγός μεγεθών αυχενικού κολάρου Perfit

Μέγεθος 1 Παιδιατρικό μικρό = Μοβ

Μέγεθος 2 Παιδιατρικό = Πράσινο

Μέγεθος 3 Χωρίς λαιμό = Κόκκινο

Μέγεθος 4 Κοντό = Κίτρινο

Μέγεθος 5 Κανονικό = Μπλε

Μέγεθος 6 Ψηλό = Ροζ

1.0. Σημαντικές πληροφορίες – Διαβάστε πριν από τη χρήση

Πριν από την τοποθέτηση του κολάρου, θα πρέπει να διαβάσετε και να κατανοήσετε όλες τις οδηγίες.

Όλες οι οδηγίες πρέπει να θεωρούνται ως κατευθυντήριες γραμμές και όχι ως απόπειρα καθορισμού της ιατρικής πρακτικής.

1.1. Ενδεδειγμένη χρήση

Το κολάρο Ambu® Perfit είναι μία ενιαία άκαμπτη συσκευή ακινητοποίησης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης σχεδιασμένη ώστε να βοηθά το διασώστη στη διατήρηση της ουδέτερης ευθυγράμμισης του κορμού, την αποτροπή πλευρικού τραντάγματος και μπροστινής ή οπίσθιας έκτασης και κάμψης της αυχενικής μοίρας της σπονδυλικής στήλης κατά τη μεταφορά ή την αλλαγή θέσης του ασθενή.

1.2. Αντενδείξεις

Η ακινητοποίηση με κολάρο δεν συνιστάται για τραυματισμένους ασθενείς με διαπεραστικά τραύματα ή με αγκυλοποιητική σπονδυλίτιδα.

1.3. Προειδοποιήσεις και προφυλάξεις

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

1. Το κολάρο προορίζεται για εφαρμογή από εξουσιοδοτημένους επαγγελματίες υγείας σύμφωνα με τις οδηγίες ιατρού ή άλλης ιατρικής αρχής. Μόνιμη βλάβη μπορεί να προκληθεί από χρήση άλλη εκτός από την καθιδηγούμενη από ιατρούς ή άλλη ιατρική αρχή.
2. Μην επαναχρησιμοποιείτε το κολάρο σε άλλον ασθενή. Το κολάρο προορίζεται για χρήση σε έναν μόνο ασθενή. Η επαναχρησιμοποίηση μπορεί να προκαλέσει μόλυνση που οδηγεί σε λοιμώξεις.
3. Μην χρησιμοποιείτε το κολάρο σε ασθενή για περισσότερες από 24 ώρες. Η παρατεταμένη χρήση κολάρου έχει συνδεθεί με την ανάπτυξη ελκών πίεσης.

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του σαγονιού βρίσκεται στη σωστή θέση και ότι το κολάρο είναι διαρκώς σταθερό κατά τη χρήση, καθώς τυχόν απομάκρυνσή του κατά τη χρήση μπορεί να προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό στον αυχένα.

1.4. Πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες

Διαταραχές στη διάγνωση, εκδορές στο δέρμα ή έλκη πίεσης και μειωμένος αερισμός.

1.5. Γενικές παρατηρήσεις

Εάν κατά τη διάρκεια της χρήσης αυτής της συσκευής, ή ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης χρήσης, προκύψει σοβαρό συμβάν, παρακαλείσθε να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή της χώρας σας.

2.0. Προδιαγραφές

Θερμοκρασία αποθήκευσης: Ελεγμένο στους -30 °C (-22 °F) και στους +70 °C (158 °F) σύμφωνα με το πρότυπο EN 1789.
Θερμοκρασία λειτουργίας: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Χρήση του κολάρου Ambu® Perfit

- Ένας διασώστης πρέπει να σταθεροποιήσει με τα χέρια του το κεφάλι και το λαιμό, κρατώντας απαλά το κεφάλι και το λαιμό στη θέση ουδέτερης ευθυγράμμισης. (1)
- Μετρήστε την απόσταση μεταξύ ενός νοητού οριζόντιου πεδίου ακριβώς κάτω από το σαγόνι του ασθενούς και ενός δεύτερου οριζόντιου πεδίου ακριβώς πάνω από τον ώμο του ασθενούς. (2)
- Συγκρίνετε αυτήν την απόσταση με την απόσταση από τη γραμμή μέτρησης μεγέθους του κολάρου έως την κατώτερη όψη του πλαστικού μέρους του κολάρου (όχι του αφρολέξ) και επιλέξτε το κατάλληλο μέγεθος κολάρου. (3)
- Πριν τοποθετήσετε το κολάρο στον ασθενή, βεβαιωθείτε ότι το τμήμα του σαγονιού είναι γυρισμένο μπροστά. (4, 5)
- Τυλίξτε το κολάρο γύρω από το λαιμό του ασθενούς. (6, 7, 8, 10, 11)
- Ασφαλίστε το κολάρο με την αυτοκόλλητη ταινία velcro. (9, 12, 13)
- Η σωλήνωση ρινικού αεραγωγού μπορεί να τοποθετηθεί στα άγκιστρα και από τις δύο πλευρές. (14)

4.0. Απόρριψη

Τα χρησιμοποιημένα προϊόντα πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τις τοπικές διαδικασίες.

Guía de tamaños del collarín cervical Perfit

Tamaño 1 neonato = morado

Tamaño 2 pediátrico = verde

Tamaño 3 sin cuello = rojo

Tamaño 4 bajo = amarillo

Tamaño 5 regular = azul

Tamaño 6 alto = rosa

1.0. Información importante (leer antes de utilizar el dispositivo)

Todas las instrucciones se deben leer y comprender antes del uso del collarín. Todas las indicaciones deben considerarse como una pauta y no como un intento de definir la práctica médica.

1.1. Finalidad de Uso

El collarín Ambu® Perfit es un dispositivo rígido de una pieza, utilizado para la inmovilización de la columna cervical que permite al personal de rescate el mantenimiento de una alineación neutra, la prevención de la inclinación lateral (de un lado a otro) y de la flexión anterior-posterior (hacia delante y hacia atrás) y la extensión de la columna cervical durante el transporte o el traslado de los pacientes.

1.2. Contraindicaciones

No se recomienda la inmovilización con un collarín en pacientes con traumatismos, con lesiones penetrantes o con espondilitis anquilosante.

1.3. Precauciones y advertencias

ADVERTENCIAS

1. El collarín está diseñado para ser colocado por profesionales sanitarios cualificados según las indicaciones de un médico u otras autoridades médicas. Pueden producirse lesiones permanentes si no se siguen las indicaciones de un médico u otra autoridad médica.
2. No reutilice el collarín en otro paciente. El collarín solo se puede utilizar en un paciente. Su reutilización puede causar contaminación y, por lo tanto, producir infecciones.
3. No utilice el collarín en un paciente durante más de 24 horas. Un uso prolongado del collarín se ha relacionado con el desarrollo de úlceras por presión.

PRECAUCIONES

1. Asegúrese de que la pieza de la barbillia se encuentre en la posición correcta y de que el tamaño sea el adecuado en todo momento durante su uso, ya que el soltado del collarín durante su uso puede provocar lesiones graves en el cuello.

1.4. Sucesos potencialmente adversos

Problemas durante el diagnóstico, abrasión de la piel, úlceras por presión y problemas durante la ventilación.

1.5. Notas

Si, durante el uso del dispositivo o como resultado de su uso, se produce un accidente grave, informe de ello al fabricante y a sus autoridades nacionales.

2.0. Especificaciones

Temperatura de almacenamiento: Probado a -30 °C (-22 °F) y +70 °C (158 °F) conforme a lo establecido en la norma EN 1789.

Temperatura de funcionamiento: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F)

3.0. Uso del collarín Ambu® Perfit

- Haga que un profesional sanitario estabilice la cabeza y el cuello, sujetándolas con cuidado en la posición de alineación neutra. (1)
- Mida la distancia que existe entre un plano imaginario trazado horizontalmente justo por debajo de la barbilla del paciente y un segundo plano horizontal trazado justo por encima del hombro del paciente. (2)
- Compare esta distancia con la distancia que va desde la línea de tamaño del collarín hasta la parte inferior del cuerpo de plástico del collarín (no la espuma) y seleccione el tamaño adecuado para el collarín. (3)
- Antes de colocar el collarín al paciente, asegúrese de que la pieza de la barbilla esté volteada hacia la parte delantera. (4, 5)
- Coloque el collarín alrededor del cuello del paciente. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fije el collarín con el velcro. (9, 12, 13)
- Se puede fijar un tubo nasal a los ganchos situados en ambos lados. (14)

4.0. Eliminación

Los productos utilizados se deben desechar y eliminar de conformidad con los procedimientos locales.

Kaelatoe Perfit suuruste juhend

Suurus 1, väike pediaatriline versioon = lilla
Suurus 2, pediaatriline versioon = roheline
Suurus 3, eriti madal versioon = punane
Suurus 4, madal versioon = kollane
Suurus 5, tavalline versioon = sinine
Suurus 6, kõrge versioon = roosa

1.0. Oluline teave – lugege enne kasutamist

Enne kaelatoe kasutamist tuleb köik juhisid läbi lugeda ja need endale selgeks teha. Kõiki juhiseid peetakse üldisteks juhisteks ja mitte katseks meditsiinipraktikat määratleda.

1.1. Kasutusala

Kaelatugi Ambu® Perfit on ühes tükis olev jäik lülisamba kaelaosa immobiliseerimisvahend, mis on ette nähtud pästjate poolt kasutamiseks lülisamba neutraalse asendi säilitamiseks, lülisamba kaelaosa lateraalse (külgusuunalise) liikumise ja anteroorse-posteroorse (edasi-tagasisuunalise) paindumise ning sirutamise väljamiseks patsiendi transpordimisel või liigutamisel.

1.2. Vastunäidustused

Kaelatoega immobiliseerimist ei soovitata läbistavate vigastustega ega ankülooseeriva spondüliidiga traumapatsientide puhul.

1.3. Hoiatused ja ettevaatusabinöud

HOIATUSED



1. Kaelatugi on ette nähtud kasutamiseks litsentseeritud tervishoiutöötajate poolt arsti või muu meditsiinivaldkonna asjatundja juhendusel. Kasutamisel teisiti kui arsti või muude meditsiiniasutustute juhendusel võib tekkida püsiv kahjustus.
2. Ärge taaskasutage kaelatuge teise patsiendi peal. Kaelatugi on möeldud kasutamiseks vaid ühe patsiendiga. Korduvkasutamine võib põhjustada saastumist, mis tekib infektsioone.
3. Ärge kasutage kaelatuge patsiendil kauem kui 24 tundi. Kaelatoe pikemaajalisemat kandmist on seostatud lamatiste tekkega.

HOIATUSED

1. Veenduge, et lõuaosa on õiges asendis ja suurus fikseeritud kogu kasutamise aja, kuna kaelatoe äratulek kasutamise ajal võib põhjustada tõsise kaelavigastuse.

1.4. Võimalikud körvaltoimed

Diagnostiline häire, nahamarrastus või lamatised ja halvenenud ventilatsioon.

1.5. Üldised märkused

Kui selle seadme kasutamise ajal või kasutamise tulemusel on aset leidnud tõsine vahejuhtum, teatage sellest palun tootjale ja vastavale riiklikule asutusele.

2.0. Tehnilised andmed

Säilitustemperatuur: Kontrollitud vahemikus -30 °C (-22 °F) ja +70 °C (158 °F) vastavalt standardile EN 1789.

Töötemperatuur: -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F).

3.0. Kaelatoe Ambu® Perfit kasutamine

- Üks päästja peab kätega pead ja kaela stabiliseerima, hoides neutraalses asendis õrnalt peast ja kaelast kinni. (1)
- Mõõtke vahemaad kujutatava horisontaalselt tömmatud vahetult patsiendi lõua alla jääva tasandi ning teise horisontaalselt tömmatud vahetult patsiendi öla kohale jääva tasandi vahel. (2)
- Võrrelge seda vahemaad kaelatoe suuruse reguleerimisosaga ja kaelatoe plastist osa (mitte vahu) alumise osa vahelise vahemaaga ja valige sobiv kaelatoe suurus. (3)
- Enne kaelatoe patsiendile asetamist veenduge, et lõuaosa on ettepoole keeratud. (4, 5)
- Mähkige kaelatugi ümber patsiendi kaela. (6, 7, 8, 10, 11)
- Kinnitage kaelatugi takjakinnise abil. (9, 12, 13)
- Nina õhuvooliku saab kinnitada mõlemal küljel asuvate konksude külge. (14)

4.0. Körvaldamine

Kasutatud tooted tuleb körvaldada vastavalt kohalikele eeskirjadele.

Perfit-vapautuskaulurin koko-opas

Koko 1, pieni lasten = violetti

Koko 2, lasten = vihreä

Koko 3, Neckless = punainen

Koko 4, lyhyt = keltainen

Koko 5, tavallinen = sininen

Koko 6, pitkä = pinkki

1.0. Tärkeää tietoa – lue ennen käyttöä

Kaikki ohjeet on luettava ja omaksuttava ennen kauluksen käyttöä. Näitä ohjeita on pidettävä suosituksina, eikä niitä voida pitää yrityksenä määritellä lääkinnällistä käytäntöä.

1.1. Käyttötarkoitus

Ambu® Perfit -kaulus on yksiosainen jäykkä kaularangan immobilisointilaite, joka on tarkoitettu pelastajan avuksi neutraalin asennon säilyttämiseen, vaakasuunnassa (sivuttain) tapahtuvan heilahtelun estämiseen ja kaularangan eteen ja taakse taipumisen ja venymisen estämiseen potilaan kuljetuksen ja liikkuttelun aikana.

1.2. Vasta-aiheet

Kauluksen käyttöä immobilisointiin ei suositella traumapotilaille, joilla on lävistäviä kaulavammoja tai ankyloiva spondyliitti (selkärankareuma).

1.3. Varoitukset ja huomautukset

VAROITUKSET

1. Kaulus on tarkoitettu lisenoitujen terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön lääkärin tai muun lääketieteellisen auktoriteetin ohjeiden mukaan. Muutoin käytöstä voi aiheutua pysyvä vamma.
2. Kaulusta ei saa käyttää uudelleen toisella potilaalla. Kaulus on potilaskohtainen. Uudelleenkäyttö saattaa johtaa kontaminointimeen aiheuttaen infektiloita.
3. Kaulusta ei saa käyttää potilaalla pidempään kuin 24 tuntia. Pidempikestoiseen kaulukseen käyttöön liittyy painehaavojen kehittyminen.

HUOMAUTUKSET

1. Varmista, että leukakappale on oikeassa asennossa ja että koko pysyy samana koko käyttöajan, koska kauluksen irtoaminen käytön aikana voi aiheuttaa vakavan niskavamman.

1.4. Mahdolliset haittavaikutukset

Diagnosoinnin häiritseminen, ihan hiertyminen tai painehaavat ja ventiloinnin häiriöt.

1.5. Yleisiä huomioita

Jos laitteen käytön aikana tapahtuu tai käytöstä aiheutuu vakava tapahtuma, ilmoita siitä valmistajalle ja kansalliselle viranomaiselle.

2.0. Tekniset tiedot

Säilytyslämpötila: Testattu -30 °C:n (-22 °F:n) ja +70 °C:n (+158 °F:n) lämpötiloissa standardin EN 1789 mukaisesti.

Käyttölämpötila: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Ambu® Perfit -kaulurin käyttäminen

- Yhden pelastajan tulee pitää päät ja kaula käsien paikoillaan neutraalissa asennossa. (1)
- Mittaa etäisyys vaakasuoraan aivan potilaan leuan alle piirretystä kuvitellusta tasosta toiseen, aivan potilaan olkapään päälle piirrettyn vaakasuoraan tasoon. (2)
- Vertaa tästä etäisyyttä kauluksen mitoituslinjan etäisyyteen muovikauluksen rungon alaosasta (ei pehmike), ja valitse oikea kauluksen koko. (3)
- Ennen kuin asetat kauluksen potilaalle, varmista, että leukakappale on käännetty eteen. (4, 5)
- Kiedo kaulus potilaan kaulan ympärille. (6, 7, 8, 10, 11)
- Kiinnitä kaulus tarranauhalla. (9, 12, 13)
- Nenäkatetri (happiviikset) voidaan kiinnittää molemmilla puolilla oleviin koukkuihin. (14)

4.0. Hävitäminen

Käytetyt tuotteet on hävitettävä paikallisten ohjeiden mukaisesti.

Guide des tailles de collier cervical Perfit

Taille 1 Pédiatrique de petite taille = Violet

Taille 2 Pédiatrique = Vert

Taille 3 Sans cou = Rouge

Taille 4 Court = Jaune

Taille 5 Standard = Bleu

Taille 6 Long = Rose

1.0. Informations importantes – À lire avant utilisation

Toutes les instructions doivent être lues et comprises avant la mise en place du collier. Toutes les indications décrites ici ne doivent en aucun cas se substituer aux directives officielles relatives à l'immobilisation de la colonne cervicale.

1.1. Usage prévu

Le collier Ambu® Perfit est un dispositif rigide en une seule pièce destiné à l'immobilisation de la colonne cervicale. Il est conçu pour aider le sauveteur à maintenir un alignement neutre, à éviter les mouvements latéraux, les flexions antéro-postérieures (vers l'avant et l'arrière) ainsi que les extensions de la colonne cervicale pendant le transfert ou les mouvements du patient.

1.2. Contre-indications

Il n'est pas recommandé d'avoir recours à l'immobilisation avec un collier chez les patients souffrant d'un traumatisme avec plaie pénétrante ou spondylarthrite ankylosante.

1.3. Avertissements et précautions

AVERTISSEMENTS

1. Le collier cervical est prévu pour une utilisation par du personnel de santé diplômé selon les directives d'un médecin ou d'une autre autorité médicale. Une lésion permanente peut survenir en cas d'usage différent de celui dicté par un médecin ou une autre autorité médicale.
2. Ne pas réutiliser le collier sur un autre patient. Le collier est destiné à n'être utilisé que par un seul patient. Une réutilisation risque d'entraîner une contamination du patient, qui pourrait alors contracter une infection.
3. Ne pas utiliser le collier chez un patient pendant plus de 24 heures. Le port prolongé d'un collier cervical a été associé au développement d'escarres.

MISES EN GARDE

1. S'assurer que la pièce du menton est correctement positionnée et qu'elle reste à la même taille à tout moment car le détachement du collier en cours d'utilisation peut entraîner de graves lésions cervicales.

1.4. Événements indésirables potentiels

Troubles du diagnostic, abrasion de la peau ou escarres et ventilation altérée.

1.5. Remarques générales

Si durant ou suite à l'utilisation de ce dispositif, un grave incident a lieu, le rapporter au fabricant et à l'autorité nationale.

2.0. Caractéristiques techniques

Température de stockage : Testé à -30 °C (-22 °F) et + 70 °C (158 °F) selon la norme EN 1789.

Température d'utilisation : -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F).

3.0. Utilisation du collier cervical Ambu® Perfit

- Le premier sauveteur stabilise la tête et le cou, en les maintenant légèrement en position d'alignement neutre. (1)
- Mesurer la distance entre une ligne horizontale imaginaire passant juste sous le menton du patient et une seconde ligne horizontale imaginaire passant juste au-dessus de l'épaule du patient. (2)
- Comparer cette distance à la distance entre la ligne de définition de la taille du collier et la partie inférieure de la base en plastique du collier (pas la mousse) et sélectionner la taille de collier appropriée. (3)
- Avant de mettre le collier en place sur le patient, s'assurer que la pièce du menton est tournée vers l'avant. (4, 5)
- Enrouler le collier autour du cou du patient. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fermer le collier à l'aide du velcro. (9, 12, 13)
- Une sonde d'assistance respiratoire nasale peut être fixée aux encoches des deux côtés. (14)

4.0. Élimination

Les produits usagés doivent être mis au rebut conformément aux procédures locales.

Vodič kroz veličine za ovratnik za ekstrakciju Perfit

Veličina 1 mali za pedijatrijsku primjenu = ljubičasti

Veličina 2 pedijatrijska primjena = zeleni

Veličina 3 bez ogrlice = crveni

Veličina 4 kratki = žuti

Veličina 5 standardni = plavi

Veličina 6 visoki = ružičasti

1.0. Važne informacije – pročitati prije upotrebe

Sve upute moraju se pročitati s razumijevanjem prije primjene ovratnika. Sve upute treba razmotriti kao smjernice, a ne kao pokušaj određivanja medicinske prakse.

1.1. Namjena

Ovratnik Ambu® Perfit jednodijelni je kruti uređaj za imobilizaciju vratne kralježnice namijenjen kao pomoć spasitelju u održavanju neutralnog poravnjanja, sprječavanju bočnog (s jedne na drugu stranu) njihanja, prednjeg – stražnjeg (prema naprijed i natrag) savijanja te istezanja vratne kralježnice tijekom transporta ili pomicanja pacijenta.

1.2. Kontraindikacije

Imobilizacija ovratnikom ne preporučuje se kod pacijenata traume s otvorenim ozljedama ili ankirozantnim spondilitisom.

1.3. Upozorenja i mjere opreza

UPOZORENJA

1. Ovratnik je namijenjen za upotrebu od strane licenciranih zdravstvenih djelatnika prema uputama liječnika ili drugog nadležnog tijela. Ako se upotrebljava drugačije od uputa liječnika ili drugog nadležnog tijela to može dovesti do trajne ozljede.
2. Nemojte ponovno upotrebljavati ovratnik na drugom pacijentu. Ovratnik je za upotrebu na jednom pacijentu. Ponovna upotreba može izazvati kontaminaciju, što može prouzročiti infekcije.
3. Ovratnik ne upotrebljavajte na pacijentu dulje od 24 sata. Dulje nošenje ovratnika povezano je s nastankom dekubitus-a.

UPOZORENJA

1. Pobrinite se da je dio za bradu u pravilnom položaju i da je veličina fiksirana tijekom čitave upotrebe jer odvajanje ovratnika tijekom upotrebe može dovesti do teške ozljede vrata.

1.4. Moguće neželjene posljedice

Dijagnostički poremećaj, abrazija kože ili dekubitus i otežano disanje.

1.5. Opće napomene

Ako se prilikom upotrebe ovog uređaja ili uslijed njegove upotrebe dogodi ozbiljan incident, prijavite ga proizvođaču i nadležnom državnom tijelu.

2.0. Specifikacije

Temperatura skladištenja: Ispitano pri -30 °C (-22 °F) i +70 °C (158 °F) prema normi EN 1789.

Radna temperatura:- 10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Upotreba ovratnika Ambu® Perfit

- Jeden spasitelj treba ručno stabilizirati glavu i vrat, pažljivo držeći glavu i vrat u položaju neutralnog poravnjanja. (1)
- Izmjerite udaljenost između zamišljene vodoravne ravnine točno ispod brade pacijenta i druge vodoravne ravnine odmah na vrhu pacijentova ramena. (2)
- Usporedite tu udaljenost s udaljenosti linije za određivanje veličine ovratnika na donjem dijelu plastičnog postolja ovratnika (ne pjenastog) i odaberite odgovarajuću veličinu ovratnika. (3)
- Prije stavljanje ovratnika na pacijenta uvjerite se da je dio za bradu okrenut prema naprijed. (4, 5)
- Ovratnik omotajte oko pacijentova vrata. (6, 7, 8, 10, 11)
- Ovratnik pričvrstite čičak-trakom. (9, 12, 13)
- Cijevi za nosni dišni put mogu se pričvrstiti na kukice s obje strane. (14)

4.0. Zbrinjavanje

Rabljeni proizvodi moraju se odložiti u skladu s lokalnim propisima.

A Perfit nyakmerevítő méretei

- 1-es méret – kisgyermek = lila
- 2-es méret – gyermek = zöld
- 3-as méret – nyak nélküli = piros
- 4-es méret – rövid = sárga
- 5-ös méret – normál = kék
- 6-os méret – magas = rózsaszín

1.0. Fontos információk – használat előtt elolvasandó

A nyakmerevítő felhelyezése előtt az összes utasítást el kell olvasni és meg kell érteni. A fentiek csak útmutatóul szolgálnak, nem az orvosi gyakorlatot próbálják meghatározni.

1.1. Rendeltetés

A nyakcsigolyák elmozdulásának megakadályozására szolgáló egyrészes, merev Ambu® Perfit nyakmerevítő segíti a mentést végző személyt a semleges helyzet megőrzésében, a laterális (oldalirányú) kilengés, az anterior-posterior (előre- vagy hátra-) hajlás és a nyakcsigolya megnyúlásának megakadályozásában a beteg szállítása vagy mozgatása közben.

1.2. Ellenjavallatok

Szűrt sérüléssel vagy spondylitis ankylopoeticával rendelkező baleseti sérültek esetén a nyakmerevítővel nem javallott immobilizálást végezni.

1.3. Figyelmeztetések és óvintézkedések

FIGYELMEZTETÉSEK

1. A nyakmerevítőt kizárolag képzett egészségügyi dolgozók használhatják orvos vagy egyéb egészségügyi szakember utasításai alapján. Ha az eszköz használata nem orvos vagy más egészségügyi szakember utasításai alapján történik, az a beteg maradandó sérüléséhez vezethet.
2. Tilos a nyakmerevítőt másik betegen újból felhasználni. A nyakmerevítő csak egy betegen használható. Az újból felhasználás szennyeződést okozhat, ami fertőzéshez vezethet.
3. A nyakmerevítő nem maradhat 24 óránál hosszabban a betegen. A nyakmerevítő hosszabb használatát összefüggésbe hozták a nyomási fekélyek kialakulásával.

FIGYELMEZTETÉSEK

1. Ügyeljen rá, hogy az álltámasz megfelelő pozíciójában legyen és a méret rögzítve legyen a használat teljes időtartama alatt, mivel a nyakmerevítő használat közbeni leesése súlyos nyaksérüléshez vezethet.

1.4. Lehetséges nemkívánatos események

A diagnosztika zavarása, bőrlehorzsolás vagy nyomási fekély, illetve károsodott légzés.

1.5. Általános megjegyzések

Amennyiben az eszköz használata során vagy annak következtében súlyos incideks történik, jelentse azt a gyártónak és a nemzeti hatóságnak.

2.0. Műszaki jellemzők

Tárolási hőmérséklet: Az EN 1789 szabvány szerint tesztelve -30 °C-on (-22 °F) és +70 °C-on (158 °F).

Működési hőmérséklet: -10 – +40 °C (14–104 °F).

3.0. Az Ambu® Perfit nyakmerevítő használata

- Az egyik mentést végző személy manuálisan stabilizálja a fejet és a nyakat, finoman tartsa azokat semleges pozícióban. (1)
- Mérje le a távolságot a közvetlenül a beteg álla alatti és a közvetlenül a beteg válla feletti képzeletbeli vízszintes sík között. (2)
- Hasonlítsa össze ezt a távolságot a nyakmerevítő méretét jelző vonal és a merevítő műanyag (nem a habszivacs) részének alsó fele közötti távolsággyal. (3)
- Mielőtt felhelyezné a nyakmerevítőt a betegre, gondoskodjon róla, hogy az álltámasz előre legyen fordítva. (4, 5)
- Tekerje a nyakmerevítőt a beteg nyakára. (6, 7, 8, 10, 11)
- Rögzítse a nyakmerevítőt a tépőzárral. (9, 12, 13)
- Az orr légútájában lévő cső minden oldalon hozzákapcsolható a kampóhoz. (14)

4.0. Ártalmatlanítás

A használt termékeket a helyi eljárásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani.

Guida alle misure del collare estricatore Perfit

Misura 1 neonato = viola

Misura 2 bambino = verde

Misura 3 senza collo = rosso

Misura 4 corto = giallo

Misura 5 normale = blu

Misura 6 alto = rosa

1.0. Informazioni importanti da leggere prima dell'uso

Leggere e comprendere tutte le istruzioni prima dell'applicazione del collare. Tutte le indicazioni sono intese come linee guida e non costituiscono direttiva sanitaria.

1.1. Uso previsto

Il collare Ambu® Perfit è un dispositivo rigido monopezzo per l'immobilizzazione del tratto cervicale della colonna vertebrale, progettato per assistere il soccorritore nel mantenimento della posizione neutra, prevenendo l'oscillazione laterale (destra-sinistra) e la flessione o estensione anteriore-posteriore (in avanti o all'indietro) del tratto cervicale durante trasporto o movimentazione del paziente.

1.2. Controindicazioni

Si consiglia l'immobilizzazione con collare in pazienti traumatizzati con lesioni acute o con spondilite anchilosante.

1.3. Avvertenze e avvisi

AVVERTENZE

1. Il collare deve essere applicato da personale sanitario autorizzato sotto la guida di un medico o altro personale medico preposto. L'uso non conforme alle direttive del medico o di altra autorità sanitaria può causare lesioni permanenti.
2. Non riutilizzare il collare su un altro paziente. Il collare è monouso. Il riutilizzo può causare contaminazione e quindi infezioni.
3. Non utilizzare il collare sul paziente per più di 24 ore. L'utilizzo prolungato del collare è stato associato allo sviluppo di ulcere da decubito.

AVVISI

1. Controllare che il cinturino al mento sia in posizione corretta e che non si allenti durante l'utilizzo poiché il distacco del collare durante l'utilizzo può causare gravi lesioni al collo.

1.4. Potenziali eventi avversi

Interferenze diagnostiche, abrasioni cutanee o ulcere da decubito e ventilazione compromessa.

1.5. Note generali

Se durante o in seguito all'utilizzo del dispositivo si verifica un incidente grave, comunicarlo al produttore e alle autorità nazionali.

2.0. Specifiche

Temperatura di conservazione: Testato a -30 °C (-22 °F) e +70 °C (158 °F) in conformità alla norma EN 1789.

Temperatura di funzionamento: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Utilizzo del collare Ambu® Perfit

- Un soccorritore stabilizza manualmente testa e collo, mantenendoli delicatamente in posizione di allineamento naturale. (1)
- Misurare la distanza tra un piano immaginario orizzontale che passa subito sotto il mento del paziente e un altro piano orizzontale che passa subito sopra la spalla del paziente. (2)
- Confrontare questa distanza con la distanza tra la linea di dimensionamento e la faccia inferiore del corpo in plastica del collare (non la schiuma) e selezionare la dimensione appropriata. (3)
- Prima di posizionare il collare sul paziente, controllare che il cinturino al mento sia nel verso giusto. (4, 5)
- Avvolgere il collare attorno al collo del paziente. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fissare il collare utilizzando il velcro. (9, 12, 13)
- È possibile agganciare un tubo per le vie aeree nasali ai ganci posti su entrambi i lati. (14)

4.0. Smaltimento

I prodotti usati vanno smaltiti secondo le procedure locali.

Perfit Extrication Collar サイズガイド

- サイズ 1 乳児 = 紫
- サイズ 2 小児 = 緑
- サイズ 3 ネックレス = 赤
- サイズ 4 ショート = 黄色
- サイズ 5 レギュラー = 青
- サイズ 6 トール = ピンク

1.0. 大切な情報 - 使用する前に読んでおくこと

カラーを適用する前に、すべての指示を読み、理解してください。すべての使用説明はガイドラインと見なすべきであり、医療行為を定義するものではありません。

1.1. 使用目的

Ambu® Perfitカラーは、患者の搬送および移動中における頸部のニュートラルアライメントの維持、横方向（左右）の揺れおよび前後の屈曲と拡張の防止を救助者が容易に行えるようアシストするための堅牢な一体型頸部固定器具です。

1.2. 禁忌

刺し傷など外傷を負った患者または強直性脊椎炎の患者の場合、カラーを使用する固定は推奨されません。

1.3. 警告および使用上の注意

警告



1. カラーは、医師や医学的権威者が指定するとおり、免許を保有する医療専門家によって使用されることを意図しています。医師やその他の医学的権威者が指定する以外の使い方をすると、恒久的障害が発生することがあります。
2. カラーを別の患者に再利用しないでください。カラーは使い捨てです。再利用は、感染症につながる汚染を引き起こす可能性があります。
3. カラーを24時間以上患者に使用しないでください。カラーを長時間使用すると、圧力瘡が発症する可能性があります。

警告

1. 使用中にカラーが外れると深刻な首の負傷につながる可能性があるため、頸ピースが正しい位置にあり、使用中は常にサイズが固定されていることを確認してください。

1.4. 潜在的な有害事象

診断を妨げたり、皮膚擦過傷または圧力瘡を発生させたり、呼吸を妨げる可能性があります。

1.5. 一般的注意

本装置の使用中、または使用の結果、重大なインシデントが発生した場合は、メーカーおよび国家機関に報告してください。

2.0. 仕様

保管温度： EN 1789 に従って -30 °C (-22 °F) と +70 °C (158 °F) で試験済み。

動作温度： -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F)。

3.0. Ambu® Perfit カラーの使用

- 1名の救助者が、患者の頭と首をニュートラルアラインメント（図1）に優しく固定しながら、頭と首を手で安定させます。（1）
- 患者の頸の最下部を水平に通過する仮想平面と患者の肩の最上部を通過する仮想平面の間の距離を測定します。（2）
- この距離と、カラーサイジングラインからプラスチックカラー本体（フォーム裏当て材ではない）の低い縁（側面から見て）までの距離を比較し、適切なカラーサイズを選択します。（3）
- カラーを患者に装着する前に、頸ビースが前に反転していることを確認してください。（4, 5）
- カラーを患者の首に巻き付けます。（6, 7, 8, 10, 11）
- ベルクロを使用してカラーを固定します。（9, 12, 13）
- 経鼻呼吸チューブを両側のフックに取り付けることができます。（14）

4.0. 廃棄

使用済み製品は、現地の手順に従って廃棄する必要があります。

„Perfit“ apykaklės dydžių orientyras

- 1 dydis kūdikių = violetinė
- 2 dydis vaikų = žalia
- 3 dydis bekaklė = raudona
- 4 dydis trumpa = geltona
- 5 dydis standartinė = mėlyna
- 6 dydis aukšta = rožinė

1.0. Svarbi informacija – perskaitykite prieš naudodamis

Visas instrukcijas reikia perskaityti ir suprasti prieš apykaklę uždedant. I visus nurodymus reikia žiūréti kaip į rekomendacijas, o ne kaip į bandymą nustatyti medicininę praktiką.

1.1. Paskirtis

„Ambu® Perfit“ apykaklė yra vientisas standus klininės stuburo dalies imobilizavimo įtvaras, padedantis gelbėtojui išlaikyti paciento klininės stuburo dalies neutralią padėtį, kad galva nesvirtų į šonus ir į priekį ar atgal ir stuburas neišsitemptų paciento gabenimo ar judėjimo metu.

1.2. Kontraindikacijos

Imobilizuoti naudojant apykaklę nerekomenduojama pacientų, kurie patyrę kiaurines traumas arba serga ankiloziniu spondilitu.

1.3. Ispėjimai ir atsargumo priemonės

ISPĖJIMAI

1. Apykaklė gali uždėti tik turintys tam teisę sveikatos priežiūros specialistai, vadovaujant gydytojui ar kitam medicinos specialistui. Naudojant ne pagal gydytojo ar kito medicinos specialisto nurodymus, galima nepataisomi sužaloti pacientą.
2. Nenaudokite apykaklės pakartotinai kitam pacientui. Apykaklė yra skirta tik vienam pacientui. Naudojant pakartotinai galima sukelti užteršimą ir infekciją.
3. Apykaklė pacientui negali būti uždėta ilgiau nei 24 valandas. Ilgas apykaklės naudojimas siejamas su opu atsiradimiu.

ISPĖJIMAI

1. Smakro dalis turi būti tinkamoje padėtyje, o apykaklė naudojimo metu – visą laiką užfiksuota, nes ja atkabinus galima sukelti sunkią kaklo traumą.

1.4. Galimi nepageidaujami reiškiniai

Diagnostiniai trikdžiai, odos abrazija ar opos ir susilpninta ventiliacija.

1.5. Bendros pastabos

Jeigu šio įtaiso naudojimo metu ar dėl jo naudojimo įvyko rimtas incidentas, prašome pranešti apie jį gamintojui ir savo šalies atsakingai institucijai.

2.0. Specifikacijos

Laikymo temperatūra: Išbandyta nuo - 30 °C (-22 °F) iki + 70 °C (+158 °F) temperatūroje pagal EN 1789

Darbinė temperatūra: Nuo -10 °C iki +40 °C (nuo 14 °F iki +104 °F)

3.0. „Ambru® Perfit“ apykaklės naudojimas

- Vienas gelbėtojas turi rankomis stabilizuoti galvą ir kaklą, atsargiai prilaikydamas šias kūno dalis neutralioje padėtyje. (1)
- Išmatuokite atstumą tarp dviejų įsivaizduojamų horizontalių plokštumų: po paciento smakru ir virš paciento peties. (2)
- Palyginkite šį atstumą su atstumu nuo apykaklės dydžio nustatymo linijos iki apatinės plastikinės apykaklės korpuso padėties (ne iki porolono). (3)
- Prieš uždėdami apykaklę pacientui, atlaužkite į priekį smakro dalį. (4, 5)
- Apgaubkite apykaklę aplink paciento kaklą. (6, 7, 8, 10, 11)
- Pritvirtinkite apykaklę prisegdami lipuku. (9, 12, 13)
- Kvėpavimo per nosį vamzdelius galima prikabinti ant kabliukų abiejose apykaklės pusėse. (14)

4.0. Utilizavimas

Panaudoti gaminiai turi būti šalinami pagal vietinę tvarką.

Perfit glābšanas apkakles izmēru norādes

1. izmērs: mazais, pediatrijas pacientiem = purpursarkana
2. izmērs: pediatrijas pacientiem = zaļa
3. izmērs: nulles izmērs = sarkana
4. izmērs: īsam kaklam = dzeltēna
5. izmērs: vidējam kakla garumam = zila
6. izmērs: garam kaklam = rozā

1.0. Svarīga informācija – izlasit pirms lietošanas

Pirms apkakles uzlikšanas ir jāizlasa un jāizprot visas instrukcijas. Visas norādes jāuztver kā vadlīnijas, nevis medicīnas prakses definēšanas mēģinājums.

1.1. Paredzētā lietošana

Ambu® Perfit apkakle ir nelokana viengabala mugurkaula kakla daļas imobilizācijas ierīce, kas izstrādāta, lai glābējam palīdzētu uzturēt neitrālu izlīdzinājumu, novērstu sāniskas kustības (no vienas malas uz otru) un pakauša-priekšpuses (uz priekšu un atpakaļ) lieci, kā arī mugurkaula kakla daļas stiepšanos pacienta transportēšanas vai pārvietošanas laikā.

1.2. Kontrindikācijas

Pacientiem ar penetrējošām traumām vai ankilozējošo spondilitu nav ieteicama imobilizācija ar apkakli.

1.3. Brīdinājumi un piesardzības pasākumi

BRĪDINĀJUMI

1. Apkakle paredzēta licencētu veselības aprūpes speciālistu lietošanai atbilstoši ārsta vai citas medicīnas iestādes norādēm. Neatgriezeniskas traumas var izraisīt lietošana, kas neatbilst ārsta vai citas medicīniskas iestādes norādījumiem.
2. Neizmantot apkakli citam pacientam. Apkakle ir paredzēta lietošanai vienam pacientam. Atkārtota izmantošana var izraisīt saindešanos, kas noved pie infekcijām.
3. Nelietot pacientam apkakli ilgāk par 24 stundām. Ilgstoši uzlikta apkakle var izraisīt spiediena čulu attīstību.

UZMANĪBU!

1. Pārliecinieties, vai zoda daļa atrodas pareizajā stāvoklī un vai lietošanas laikā tā vienmēr tiek nofiksēta, jo apkakles atdalīšanās lietošanas laikā var izraisīt smagas kakla traumas.

1.4. Iespējamās nelabvēlīgās blakusparādības

Diagnostikas traucējumi, ādas nobrāzumi vai spiediena čūlas un traucēta elpināšana.

1.5. Vispārējas piezīmes

Ja šīs ierīces lietošanas laikā vai tās rezultātā atgadās kāds nopietns incidents, lūdzam par to ziņot ražotājam un savas valsts iestādei.

2.0. Specifikācijas

Uzglabāšanas temperatūra: Pārbaudīta pie -30 °C (-22 °F) un +70 °C (+158 °F) saskaņā ar EN 1789.
Darba temperatūra: -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F).

3.0. Ambu® Perfit apkakles lietošana

- Viens glābējs manuāli stabilizē galvu un kaklu, uzmanīgi pieturot galvu un kaklu neitrāla izlīdzinājuma pozīcijā. (1)
- Izmēriet attālumu starp iedomātu horizontālo plakni tieši zem pacienta zoda un otro horizontālu plakni tieši uz pacienta pleca. (2)
- Salīdziniet šo attālumu ar attālumu no apkakles izmēra līnijas līdz zemākajai plastmasas apkakles korpusa vietai (ne putuplastam). (3)
- Pirms apkakles uzlikšanas pacientam pārliecinieties, vai zoda daļa ir pagriezta virzienā uz priekšu. (4, 5)
- Uzlieciet apkakli uz pacienta kakla. (6, 7, 8, 10, 11)
- Nostipriniet apkakli, izmantojot liplentes aizdari. (9, 12, 13)
- Nazālo caurulīti var piestiprināt pie āķīšiem abos sānos. (14)

4.0. Iznīcināšana

Izlietoti izstrādājumi ir jāiznīcina saskaņā ar vietējās iestādes procedūrām.

Matengids voor de Perfit Reddingskraag

Maat 1 baby = paars
Maat 2 kind = groen
Maat 3 nekloos = rood
Maat 4 kort = geel
Maat 5 standaard = blauw
Maat 6 lang = roze

1.0. Belangrijke informatie – vóór gebruik lezen

Alle instructies moeten worden gelezen en begrepen voorafgaande aan toepassing van de kraag. Alle aanwijzingen moeten worden opgevat als richtlijnen en niet als poging tot definiëren van de medische praktijk.

1.1. Beoogd gebruik

De Ambu® Perfit-kraag is een uit één stuk bestaand stijf immobilisatiehulpmiddel voor de nekervelkolom. Het is bedoeld om de hulpverlener te helpen de patiënt neutraal uitgelijnd te houden, laterale (zijwaartse) beweging te voorkomen en anterieure-posteriore (voor- en achterwaartse) flexie en extensie van de nekervelkolom te voorkomen tijdens het transport of de verplaatsing van de patiënt.

1.2. Contra-indicaties

Immobilisatie met een kraag wordt niet aanbevolen bij traumapatiënten met penetrerende verwondingen of met geankyloseerde spondylitis.

1.3. Waarschuwingen en voorzorgsmaatregelen

WAARSCHUWINGEN

1. De kraag moet worden aangebracht door gediplomeerd medisch personeel op aanwijzing van een arts of andere medisch deskundige. Ander gebruik dan op aanwijzing van een arts of andere medisch deskundige kan tot permanent letsel leiden.
2. De kraag mag niet bij een andere patiënt opnieuw worden gebruikt. De kraag is bedoeld voor eenmalig patiëntengebruik. Hergebruik kan leiden tot besmetting, wat infecties kan veroorzaken.
3. Gebruik de kraag niet langer dan 24 uur op een patiënt. Langdurig verblijf in een kraag is geassocieerd met de ontwikkeling van decubitus.

LET OP

1. Zorg dat het kingedeelte zich in de juiste positie bevindt en dat de grootte te allen tijde vast blijft tijdens het gebruik, aangezien het loskomen van de kraag tijdens het gebruik kan leiden tot ernstig nekletsel.

1.4. Mogelijke bijwerkingen

Diagnostische verstoring, huidafschaving of decubitus en verzwakte ventilatie.

1.5. Algemene opmerkingen

Als tijdens het gebruik van dit apparaat of als gevolg van het gebruik ervan een ernstig incident is opgetreden, meld dit dan aan de fabrikant en uw nationale autoriteit.

2.0. Specificaties

Opslagtemperatuur: Getest bij -30 °C (-22 °F) en +70 °C (158 °F) volgens EN 1789.
Bedrijfstemperatuur: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Gebruik van de Ambu® Perfit-kraag

- Laat een helper het hoofd en de nek handmatig stabiliseren terwijl hij/zij het hoofd en de nek voorzichtig in de neutrale uitlijnpositie houdt. (1)
- Meet de afstand tussen een denkbeeldig horizontaal vlak recht onder de kin van de patiënt en een tweede horizontaal vlak recht boven de schouder van de patiënt. (2)
- Vergelijk deze afstand met de afstand van de maatlijn op de kraag tot het onderste gedeelte van het plastic kraaghomhulsel (niet het schuimgedeelte) en selecteer een kraag met de juiste maat. (3)
- Zorg voordat u de kraag op de patiënt plaatst dat het kingedeelte naar voren is gedraaid. (4, 5)
- Wikkel de kraag rondom de nek van de patiënt. (6, 7, 8, 10, 11)
- Maak de kraag vast met velcro. (9, 12, 13)
- Aan de haakjes aan beide zijden kan een neusslangetje worden vastgemaakt. (14)

4.0. Afvalverwerking

Gebruikte producten moeten in overeenstemming met de lokale procedures worden afgevoerd.

Størrelsesveileiding for Perfit Extrication-krage

Størrelse 1 Liten pediatric = Lilla

Størrelse 2 barn = Grønn

Størrelse 3 ekstra kort = Rød

Størrelse 4 kort = Gul

Størrelse 5 vanlig = Blå

Størrelse 6 høy = Rosa

1.0. Viktig informasjon – Les før bruk

Alle instruksjoner må være lest og forstått før kraga brukes. Alle anvisninger skal betraktes som veiledede og er ikke et forsøk på å definere medisinsk praksis.

1.1. Bruksområde

Ambu® Perfit-kraga er en stiv immobiliseringsenhet for ryggsøylen i ett stykke som er konstruert for å gjøre det lettere for hjelpearbeideren å sikre nøytral innretting, motvirke lateral (sideveis) svining og anterior-posterior (forover og bakover) strekking og forlenging av ryggsøylen under pasienttransport eller -bevegelse.

1.2. Kontraindikasjoner

Immobilisering med krage anbefales ikke hos traumepasienter med penetrerende skader eller med ankyloserende spondylitt.

1.3. Advarsler og forholdsregler

ADVARSLER



1. Kraga er kun ment å brukes av godkjent helsepersonell som anvist av lege eller annen medisinsk autoritet. Permanent skade kan oppstå fra annen bruk enn det som er foreskrevet av lege eller annen medisinsk overordnet.
2. Kraga skal ikke brukes om igjen på en annen pasient. Kraga er bare beregnet på én pasient. Gjenbruk kan forårsake kontaminering, som kan føre til infeksjoner.
3. Ikke bruk kraga på en pasient i mer enn 24 timer. Forlenget bruk av krage har vært forbundet med utvikling av trykksår.

FORSIKTIGHETSREGLER

1. Pass på at hakkestykket er i riktig posisjon, og at størrelsen er fast hele tiden under bruk ettersom det kan føre til alvorlig nakkeskade hvis kraga løsner.

1.4. Potensielle bivirkninger

Diagnostisk forstyrrelse, hudsår eller trykksår og svekket ventilasjon.

1.5. Generelle merknader

Hvis det oppstår en alvorlig hendelse under bruk av enheten eller som følge av bruk, må det rapporteres til produsenten og nasjonale myndigheter.

2.0. Spesifikasjoner

Oppbevaringstemperatur: Testet ved -30 °C (-22 °F) og +70 °C (158 °F) i samsvar med EN 1789.

Brukstemperatur: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Use of Ambu® Perfit-krage

- Den ene redningspersonen stabiliserer hodet og nakken manuelt, og holder hodet og nakken skånsomt i nøytralt innrettet stilling. (1)
- Mål avstanden mellom et tenkt plan, horisontalt, og like under pasientens hake og et annet horisontalt plan, tegnet akkurat øverst på pasientens skulder. (2)
- Sammenlign denne avstanden med avstanden fra kragestørrelseslinjen til den nedre delen på plastkragekroppen (ikke skumplasten) og velg riktig kragestørrelse. (3)
- Før kraga settes på pasienten, må du påse at hakkestykene er vippet fremover. (4, 5)
- Legg kraga rundt pasientens hals. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fest kraga med borrelåsen. (9, 12, 13)
- En nasal luftveistube kan festes til krokene på begge sider. (14)

4.0. Avfallshåndtering

Brukte produkter må kasseres i samsvar med lokale prosedyrer.

Objaśnienie rozmiarów kołnierza stabilizacyjnego Perfit

Rozmiar 1 – mały pediatryczny = fioletowy

Rozmiar 2 – pediatryczny = zielony

Rozmiar 3 – bezsztyjny = czerwony

Rozmiar 4 – krótki = żółty

Rozmiar 5 – regularny = niebieski

Rozmiar 6 – wysoki = różowy

1.0. Ważne informacje – przeczytać przed użyciem

Przed założeniem kołnierza należy się zapoznać z pełną treścią instrukcji. Wszystkie opisane czynności należy traktować jako wytyczne i nie stanowią one próby zdefiniowania praktyki medycznej.

1.1. Przeznaczenie

Kołnierz Ambu® Perfit jest jednocięściowym sztywnym urządzeniem do unieruchamiania odcinka szyjnego kręgosłupa, które ma za zadanie pomóc ratownikowi w utrzymaniu neutralnego ustawienia odcinka szyjnego, zapobiec jego kołysaniu bocznemu, wyginaniu do przodu i do tyłu oraz rozciąganiu podczas transportu i przemieszczania pacjenta.

1.2. Przeciwwskazania

Unieruchomienie przy użyciu kołnierza nie jest zalecane u pacjentów z urazami penetrującymi lub z ZZSK.

1.3. Ostrzeżenia i środki ostrożności

OSTRZEŻENIA

1. Kołnierz jest przeznaczony do użycia przez wykwalifikowanych pracowników służby zdrowia zgodnie z zaleceniami lekarza lub innej uprawnionej osoby. Użycie w sposób inny niż zalecony przez lekarza lub inną uprawnioną osobę może spowodować trwałe urazy.
2. Nie używać kołnierza na innym pacjencie. Kołnierz jest przeznaczony tylko dla jednego pacjenta. Ponowne użycie może spowodować zanieczyszczenie prowadzące do zakażeń.
3. Nie używać kołnierza na pacjencie przez ponad 24 godziny. Długotrwałe przebywanie w kołnierzu może powodować powstawanie odleżyn.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

1. Dopełniać, aby element podbródkowy był dobrze ustawiony, a rozmiar zawsze dopasowany, ponieważ odczepienie kołnierza podczas użycia może prowadzić do poważnego urazu szyi.

1.4. Potencjalne niepożądane zdarzenia

Zakłócenia diagnostyczne, przetarcia skóry lub odleżyny i pogorszona wentylacja.

1.5. Uwagi ogólne

Jeżeli podczas lub na skutek używania urządzenia dojdzie do niebezpiecznego zdarzenia, należy je zgłosić do producenta i odpowiedniej krajowej instytucji.

2.0. Specyfikacje

Temperatura przechowywania: Testowano w temperaturze -30 °C (-22 °F) i +70 °C (+158 °F) zgodnie z normą EN 1789.

Temperatura pracy: -10 °C ~ +40 °C (14 °F ~ 104 °F)

3.0. Użycie kołnierza Ambu® Perfit

- Jeden z ratowników powinien ręcznie ustabilizować głowę i szyję, delikatnie przytrzymując je w neutralnym ustawieniu. (1)
- Zmierz odległość między wyobrażoną płaszczyzną poziomą umieszczoną tuż pod brodą pacjenta oraz drugą płaszczyzną poziomą umieszczoną na szczytce barku pacjenta. (2)
- Porównaj tę odległość z odległością od linii rozmiarowej kołnierza do dolnej krawędzi plastikowego korpusu kołnierza (nie pianki) i wybierz odpowiedni rozmiar kołnierza. (3)
- Przed założeniem kołnierza pacjentowi ustaw element podbródkowy z przodu. (4, 5)
- Owiń kołnierz wokół szyi pacjenta. (6, 7, 8, 10, 11)
- Zapnij kołnierz na rzep. (9, 12, 13)
- Rurki donosowe do dróg oddechowych można zamocować do zaczepów po obu stronach. (14)

4.0. Utylizacja

Zużyte produkty należy utylizować zgodnie z lokalnymi procedurami.

Guia de tamanhos do colar cervical Perfit

Tamanho 1 Pediátrico pequeno = Roxo

Tamanho 2 Pediátrico = Verde

Tamanho 3 Normal (Neckless) = Vermelho

Tamanho 4 Curto = Amarelo

Tamanho 5 Regular = Azul

Tamanho 6 Alto = Rosa

1.0. Informação Importante – ler antes de usar

Todas as instruções devem ser lidas e compreendidas antes da aplicação do colar. Todas as instruções devem ser consideradas orientações e não como uma tentativa de definição da atuação médica.

1.1. Fim a que se destina

O colar Ambu® Perfit é um dispositivo de imobilização da coluna cervical rígido e de uma única peça, concebido para ajudar o socorrista na manutenção do alinhamento neutro, prevenção de desvio lateral (de um lado para o outro) e flexão e extensão anterior-posterior (para a frente e para trás) da coluna cervical durante o transporte ou a movimentação de doentes.

1.2. Contraindicações

Não é recomendada a imobilização com um colar em doentes traumáticos com lesões penetrantes ou com espondilite anquilosante.

1.3. Advertências e precauções

ADVERTÊNCIAS

1. O colar destina-se à aplicação por profissionais de cuidados de saúde qualificados de acordo com as instruções de um médico ou de outra autoridade médica. A utilização do colar cervical contrária às instruções de um médico ou de outras autoridades médicas poderá provocar lesões permanentes.
2. Não reutilize o colar num outro doente. O colar destina-se a uma utilização única num doente. A reutilização pode causar contaminação, levando a infecções.
3. Não use o colar num doente durante mais de 24 horas. A utilização prolongada de um colar foi associada ao desenvolvimento de úlceras de pressão.

PRECAUÇÕES

1. Certifique-se de que a peça do queixo está a posição correta e que o tamanho está sempre fixo durante a utilização, pois o desprendimento do colar durante a utilização pode resultar numa lesão grave no pescoço.

1.4. Eventos potencialmente adversos

Perturbação no diagnóstico, abrasão na pele ou úlceras de pressão e ventilação limitada.

1.5. Notas gerais

Se durante a utilização deste dispositivo, ou como resultado da sua utilização, tiver ocorrido um incidente grave, comunique o mesmo ao fabricante e à autoridade competente do seu país.

2.0. Especificações

Temperatura de armazenamento: Testado a -30 °C (-22 °F) e +70 °C (158 °F) de acordo com EN 1789.

Temperatura de funcionamento: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Utilização do colar Ambu® Perfit

- Um dos paramédicos deverá estabilizar manualmente a cabeça e o pescoço, segurando-os cuidadosamente numa posição de alinhamento neutro. (1)
- Meça a distância entre um plano imaginário desenhado horizontalmente e imediatamente abaixo do queixo do paciente e um segundo plano horizontal desenhado imediatamente por cima dos ombros do paciente. (2)
- Compare esta distância com a distância da linha de tamanho do colar até à parte mais baixa do corpo do colar de plástico (não a espuma) e selecione o tamanho do colar adequado. (3)
- Antes de colocar o colar no doente, certifique-se de que a peça do queixo está virada para a frente. (4, 5)
- Coloque o colar à volta do pescoço do doente. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fixe o colar com recurso ao velcro. (9, 12, 13)
- Pode ser ligado um tubo de via aérea nasal aos ganchos de ambos os lados. (14)

4.0. Eliminação

Os produtos usados devem ser eliminados de acordo com os procedimentos locais.

Ghidul pentru mărimile gulerului de descarcerare Perfit

Mărimea 1 Copii mici = Violet

Mărimea 2 Pediatric = Verde

Mărimea 3 Fără gât = Roșu

Mărimea 4 Scurt = Galben

Mărimea 5 Normal = Albastru

Mărimea 6 Înalt = Roz

1.0. Informații importante – a se citi înainte de utilizare

Trebuie să citiți și să înțelegeți toate instrucțiunile înainte de a utiliza gulerul. Toate instrucțiunile trebuie considerate ca având caracter orientativ, acestea nefiind o încercare de a defini practica medicală.

1.1. Domeniul de utilizare

Gulerul Ambu® Perfit este un dispozitiv rigid dintr-o singură bucată pentru imobilizarea coloanei cervicale, conceput pentru a ajuta salvatorul să mențină o aliniere neutră și să împiedice balansarea laterală (dintr-o parte în cealaltă), precum și flexia și extensia anterior-posterior (înainte și înapoi) a coloanei cervicale în timpul transportului sau deplasării pacientului.

1.2. Contraindicații

Imobilizarea cu guler nu se recomandă la pacienții cu răni penetrante sau cu spondilită anchilozantă.

1.3. Avertismente și măsuri de precauție

AVERTISMENTE !

1. Gulerul trebuie aplicat de către personalul medical autorizat la recomandarea unui medic sau a unei autorități medicale. Utilizarea în alte situații decât cele recomandate de un medic sau de o autoritate medicală poate cauza leziuni ireversibile.
2. Nu reutilizați gulerul la un alt pacient. Gulerul este de unică folosință. Refolosirea produsului poate produce contaminare și, în consecință, infecții.
3. Nu utilizați gulerul la un pacient mai mult de 24 de ore. Purtarea gulerului pentru o perioadă lungă de timp a fost asociată cu apariția ulcerelor de decubit.

MĂSURI DE PRECAUȚIE

1. Asigurați-vă că piesa pentru bărbie se află într-o poziție corectă și că dimensiunea este bine fixată pe toată durata purtării, deoarece desprinderea gulerului în timpul utilizării poate duce la vătămarea gravă a gâtului.

1.4. Reacții adverse posibile

Afectarea stabilirii diagnosticului, iritația pielii prin frecare sau ulcere de decubit și ventilația necorespunzătoare.

1.5. Observații generale

Dacă, pe durata utilizării acestui dispozitiv sau ca urmare a utilizării sale, se produce un incident grav, raportați acest lucru producătorului și autorității naționale din țara dvs.

2.0. Specificații

Temperatură de depozitare:	Testat la -30 °C (-22 °F) și +70 °C (158 °F) conform EN 1789.
Temperatură de utilizare:	-10 la +40 °C (14 la 104 °F).

3.0. Utilizarea gulerului Ambu® Perfit

- Un salvator trebuie să stabilizeze manual capul și gâtul și să mențină o aliniere neutră a acestora. (1)
- Măsurați distanța dintre un plan imaginar orizontal situat imediat sub bâribia pacientului și un alt plan orizontal situat imediat deasupra umărului pacientului. (2)
- Comparați această distanță cu distanța dintre banda de dimensionare a gulerului și partea inferioară a carcasei din plastic a gulerului (nu partea din spumă) și selectați gulerul de mărimea adecvată. (3)
- Înainte de a așeza gulerul pe pacient, asigurați-vă că piesa pentru bârbie este trasă în față. (4, 5)
- Înfășurați gulerul în jurul gâtului pacientului. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fixați gulerul cu ajutorul încheietorii Velcro. (9, 12, 13)
- Un tub pentru căile nazale poate fi atașat de dispozitivele de agățare situate pe cele două părți laterale. (14)

4.0. Eliminarea

Produsele folosite trebuie eliminate în conformitate cu procedurile locale.

Руководство по подбору размера фиксирующего воротника Perfit

Размер 1, маленький, педиатрический = сиреневый

Размер 2 педиатрический = зеленый

Размер 3 для людей с короткой шеей = красный

Размер 4 для взрослых небольшого роста = желтый

Размер 5 стандартный = синий

Размер 6 для высоких людей = розовый

1.0. Важная информация – прочтите перед использованием

Перед наложением воротника необходимо ознакомиться со всеми инструкциями. Все указания следует рассматривать как рекомендации, а не попытки ограничить медицинскую практику.

1.1. Назначение

Воротник Ambu® Perfit представляет собой неразъемное устройство для жесткой фиксации шейного отдела позвоночника, используемое спасателями для сохранения положения нейтрального выравнивания, предотвращения бокового (из стороны в сторону) раскачивания, а также передне-заднего (вперед и назад) сгибания и разгибания шейного отдела позвоночника при транспортировке и перемещении пациента.

1.2. Противопоказания

Иммобилизацию воротником не рекомендуется проводить у травмированных пациентов с проникающими повреждениями или у пациентов с анкилозирующим спондилитом.

1.3. Предупреждения и предостережения

ВНИМАНИЕ!

1. Воротник предназначен для применения медицинскими работниками, имеющими соответствующую лицензию, согласно указаниям врача или другого медицинского специалиста. Несоблюдение указаний врача или другого медицинского специалиста при применении изделия может вызвать хроническую травму.
2. Запрещается повторное использование воротника у другого пациента. Воротник предназначен для индивидуального использования. Повторное использование может вызвать загрязнение, приводящее к развитию инфекций.
3. Не следует использовать воротник у пациента в течение более 24 часов. Длительное использование воротника приводит к развитию пролежневых язв.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

1. Убедитесь, что подбородник находится в верном положении и что размер зафиксирован в течение всего периода использования, поскольку отсоединение воротника в процессе использования может привести к серьезной травме шеи.

1.4. Потенциальные нежелательные явления

Трудности диагностирования, натирание кожи или пролежневые язвы и нарушение вентиляции.

1.5. Общие примечания

Если в процессе или по причине использования данного устройства произошло серьезное происшествие, сообщите об этом производителю или в соответствующие органы государственной власти.

2.0. Технические характеристики

Температура хранения:	Пройдены испытания при -30 °C и +70 °C (-22 °F и 158 °F) в соответствии с EN 1789.
Рабочая температура:	От -10 °C до +40 °C (от 14 °F до 104 °F).

3.0. Использование воротника Ambu® Perfit

- Один из спасателей должен вручную зафиксировать голову и шею, осторожно удерживая их в положении нейтрального выравнивания. (1)
- Измерьте расстояние между воображаемой плоскостью, проведенной горизонтально непосредственно под подбородком пациента, и второй горизонтальной плоскостью, проведенной непосредственно по верхней части плеча пациента. (2)
- Сравните это расстояние с расстоянием от линии определения размера воротника до нижней стороны пластмассового корпуса воротника (не пеноматериала) и выберите подходящий размер воротника. (3)
- Прежде чем надевать воротник на пациента, убедитесь, что подбородник откинут вперед. (4, 5)
- Оберните воротник вокруг шеи пациента. (6, 7, 8, 10, 11)
- Закрепите воротник, используя застежку-липучку. (9, 12, 13)
- Трубки для носовых дыхательных путей могут крепиться к крючкам с обеих сторон. (14)

4.0. Утилизация

Использованные изделия подлежат утилизации в соответствии с местными правилами.

Sprievodca veľkosťami krčného goliera Perfit

Veľkosť 1 Small Pediatric (malé deti) = fialová

Veľkosť 2 Pediatric (deti) = zelená

Veľkosť 3 Neckless (nevýrazný krk) = červená

Veľkosť 4 Short (krátky) = žltá

Veľkosť 5 Regular (bežný) = modrá

Veľkosť 6 Tall (dlhý) = ružová

1.0. Dôležité informácie – prečítajte si pred použitím

Pred použitím krčného goliera si musíte prečítať všetky pokyny a porozumieť im. Všetky informácie sa majú považovať za pokyny a nie za pokus o definíciu zdravotníckej praxe.

1.1. Určené použitie

Krčný golier Ambu® Perfit je pevná jednodielna zdravotnícka pomôcka na znehybnenie krčnej chrbtice, ktorá záchranárom pomáha zaistovať neutrálnu polohu hlavy a krku, predchádzať výkyvom krčnej chrbtice v laterálnom smere (zo strany na stranu) a flexii či extenzii v anteriórno-posteriórnom smere (zozadu dopredu) počas prepravy či presunu pacienta.

1.2. Kontraindikácie

Imobilizácia pomocou krčného goliera sa neodporúča u traumatických pacientov s penetračnými poraneniami alebo ankylozujúcou spondylitídou.

1.3. Výstrahy a upozornenia

VÝSTRAHY

1. Krčný golier je určený na použitie zdravotníkmi s licenciou podľa pokynov lekára či iného orgánu zdravotnej starostlivosti. Ak sa používa ináč, než podľa nariadenia lekára či iného zdravotníckeho orgánu, môže dôjsť k trvalým následkom.
2. Nepoužívajte krčný golier opakovane u viacerých pacientov. Krčný golier je určený na jedno použitie u jedného pacienta. Opakované použitie môže spôsobiť kontamináciu a následné infekcie.
3. Krčný golier nepoužívajte na pacientovi dlhšie ako 24 hodín. S dlhodobým používaním krčného goliera sa spája tvorba preležanín.

UPOZORNENIA

1. Uistite sa, že je podpera brady v správnej polohe a že je veľkosť po celý čas používania nastavená správne, pretože uvoľnenie krčného goliera počas používania môže viesť k vážnemu poraneniu krku.

1.4. Potenciálne nepriaznivé udalosti

Rušenie diagnostických zdravotníckych pomôcok, odreniny kože alebo preležaniny a narušená ventilácia.

1.5. Všeobecné poznámky

Ak počas používania tohto zariadenia alebo v dôsledku jeho používania dôjde k vážnej nehode, ohláste to výrobcovi a štátному orgánu.

2.0. Špecifikácie

Skladovacia teplota: Testované pri teplote -30 °C (-22 °F) a +70 °C (158 °F) podľa normy EN 1789.

Prevádzková teplota: -10 až +40 °C (14 až 104 °F)

3.0. Použitie krčného goliera Ambu® Perfit

- Jeden záchranár vykoná manuálnu stabilizáciu jemným uchopením hlavy a krku a ich udržiavaním v neutrálnej polohe. (1)
- Zmerajte vzdialenosť medzi imaginárnu horizontálnou rovinou načrtnutou tesne pod bradou pacienta a druhou horizontálnou rovinou načrtnutou tesne nad plecami pacienta. (2)
- Túto vzdialenosť porovnajte so vzdialosťou od rysky určujúcej veľkosť krčného goliera po spodnú stranu plastovej (nie penovej) kostry goliera a vyberte vhodnú veľkosť krčného goliera. (3)
- Pred umiestnením krčného goliera na krk pacienta sa uistite, že je podpera brady vyklopená dopredu. (4, 5)
- Krčný golier oviňte okolo krku pacienta. (6, 7, 8, 10, 11)
- Krčný golier zaistite suchým zipsom. (9, 12, 13)
- Nosová kanya sa môže pripojiť k háčikom na oboch stranách. (14)

4.0. Likvidácia

Použité výrobky sa musia zlikvidovať podľa miestnych postupov.

Velikosti opornice za reševanje Perfit

Velikost 1: za majhne otroke = vijolična

Velikost 2: za otroke = zelena

Velikost 3: za kratki vrat = rdeča

Velikost 4: ozka = rumena

Velikost 5: standardna = modra

Velikost 6: široka = rožnata

1.0. Pomembne informacije – preberite pred uporabo

Pred uporabo vratne opornice je treba prebrati in razumeti vsa navodila. Vsa navodila veljajo kot smernice in ne predstavljajo poskusa določitve zdravniške prakse.

1.1. Predvidena uporaba

Vratna opornica Ambu® Perfit je enodelni trdi pripomoček za imobilizacijo vratne hrbtenice, zasnovan kot pomoč reševalcu pri ohranjanju neutralne lege, preprečevanju lateralnega (stranskega) nagibanja ter anteriorno–posteriornega (naprej in nazaj) upogibanja in iztegovanja vratne hrbtenice med transportom ali premikanjem poškodovanca.

1.2. Kontraindikacije

Imobilizacija z vratno opornočico ni priporočljiva pri poškodovancih s penetracijskimi poškodbami ali ankilozirajočim spondilitisom.

1.3. Opozorila in previdnostni ukrepi

OPOZORILA

1. Vratno opornočico lahko po navodilih zdravnika ali drugega zdravstvenega organa nameščajo izvajalci zdravstvenih storitev z ustrezno licenco. Pri uporabi, ki ni skladna z navodili zdravnika ali drugega zdravstvenega organa, lahko nastanejo trajne poškodbe.
2. Vratne opornice ne uporabljajte znova pri drugem poškodovancu. Vratna opornica je namenjena za uporabo samo pri enem poškodovancu. Vnovična uporaba lahko povzroči kontaminacijo, ki vodi v infekcijo.
3. Vratne opornice pri poškodovancu ne uporabljajte več kot 24 ur. Dolgotrajnejša uporaba vratne opornice je bila povezana z nastankom razjed zaradi prekomernega pritiska.

POZOR

1. Poskrbite, da bo predel za brado v pravilnem položaju in da se velikost med uporabo ne bo spremenjala, kajti snetje vratne opornice lahko privede do resnih poškodb vrata.

1.4. Možni neželeni učinki

Diagnostične motnje, odrgnine ali razjede zaradi pritiska in motnje pri dihanju.

1.5. Splošne opombe

Če pride med uporabo ali zaradi uporabe tega pripomočka do resnega incidenta, morate o tem obvestiti proizvajalca in državni organ.

2.0. Specifikacije

Temperatura skladiščenja: Preizkušeno pri -30°C (-22°F) in 70°C (158°F) v skladu s standardom EN 1789.

Delovna temperatura: Od -10°C do 40°C (od 14°F do 104°F).

3.0. Uporaba vratne opornice Ambu® Perfit

- Prvi reševalec naj ročno stabilizira glavo in vrat, tako da ju pazljivo drži v nevtralni legi. (1)
- Izmerite razdaljo med navidezno vodoravno ravnino tik pod brado in drugo vodoravno ravnino tik nad ramenom poškodovanca. (2)
- To razdaljo primerjajte z razdaljo od črte za določanje velikosti vratne opornice do spodnjega dela plastičnega ohišja opornice (ne pene) in izberite ustrezno velikost opornice. (3)
- Pred nameščanjem vratne opornice na poškodovanca se prepričajte, da je predel za brado pomaknjen naprej. (4, 5)
- Vratno oporno poveznite okoli vratu poškodovanca. (6, 7, 8, 10, 11)
- Opornico pritrdite s trakom Velcro. (9, 12, 13)
- Na kavlja na obeh straneh je mogoče pritrditi tubus za nazalne dihalne poti. (14)

4.0. Odlaganje

Uporabljene izdelke je treba zavreči v skladu z lokalnim protokolom.

Storleksguide för Perfit halskrage

Storlek 1 Small Pediatric = Lila

Storlek 2 Pediatric = Grön

Storlek 3 Neckless = Röd

Storlek 4 Short = Gul

Storlek 5 Regular = Blå

Storlek 6 Tall = Rosa

1.0. Viktig information – läs före användning

Alla instruktioner måste läsas och förstås innan kragen används. Alla anvisningar ska betraktas som riktlinjer och inte något försök att definiera medicinsk praxis.

1.1. Avsedd användning

Ambu® Perfit är en stiv halskrage i ett stycke för immobilisering av halsryggraden. Kragens utformning för att underlätta för räddningspersonalen att upprätthålla neutralläge, förebygga lateral (i sidled) instabilitet och anterior-posterior (framåt och bakåt) böjning och sträckning av halsryggraden under transport och förflyttning av patienter.

1.2. Kontraindikationer

Immobilisering med krage rekommenderas inte för traumapatienter med penetrerande skador eller ankyloserande spondylit.

1.3. Varningar och försiktighetsåtgärder

VARNINGAR

1. Kragens användning är avsedd att användas av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal enligt anvisning av läkare eller annan medicinsk auktoritet. Permanent skador kan uppstå om enheten används på annat sätt än vad som har anvisats av läkare eller annan medicinsk auktoritet.
2. Återanvänt inte kragens för en annan patient. Kragens användning för enpatientsbruk. Återanvändning kan orsaka kontamination vilket kan leda till infektioner.
3. Använd inte kragens på en patient i längre tid än 24 timmar. Långvarig användning av kragens har förknippats med uppkomst av trycksår.

FÖRSIKTIGHET

1. Säkerställ att hakdelen är korrekt placerad och att storleken alltid är fixerad under bruk eftersom allvarliga nackskador kan uppstå om kragens lossnar.

1.4. Potentiellt negativa händelser

Diagnostisk avvikelse, skavsår eller trycksår och försämrad ventilation.

1.5. Allmänna observanda

Om allvarliga negativa händelser eller tillbud har inträffat vid användning av denna enhet eller på grund av att den har använts ska detta rapporteras till tillverkaren och till Läkemedelsverket.

2.0. Specificationer

Förvaringstemperatur: Testad vid -30 och +70 °C enligt SS-EN 1789.

Användningstemperatur: -10 till +40 °C

3.0. Användning av Ambu® Perfit-krage

- En person ska stabilisera huvud och hals manuellt genom att försiktigt hålla huvudet och halsen i neutralläge. (1)
- Mät avståndet mellan ett imaginärt horisontellt plan precis under patientens haka och ett andra horisontellt plan precis på patientens axel. (2)
- Jämför detta avstånd med avståndet från kragens storleksanpassningslinje till den nedre delen av själva plastkragen (inte skumplasten). (3)
- Kontrollera att hakdelen är vänd mot framsidan innan kragen placeras på patienten. (4, 5)
- Sätt kragen runt patientens nacke. (6, 7, 8, 10, 11)
- Fäst kragen med kardborrebandet. (9, 12, 13)
- På båda sidorna finns hållare/krokar där syrgassslangen kan fästas. (14)

4.0. Avfallshantering

Använda produkter måste kasseras i enlighet med vedertagna rutiner.

Perfit Ekstrikasyon Boyunluğu Boyut Rehberi

Boyut 1 Küçük Pediyatrik = Mor

Boyut 2 Pediyatrik = Yeşil

Boyut 3 Boyunsuz = Kırmızı

Boyut 4 Kısa = Sarı

Boyut 5 Normal = Mavi

Boyut 6 Uzun = Pembe

1.0. Önemli Bilgiler – Kullanmadan Önce Okuyun

Boyunluk kullanılmadan önce tüm talimatların okunması ve anlanması gereklidir. Tüm talimatların, tıbbi uygulamanın tanımı değil, sadece bir yönerge olduğu kabul edilmelidir.

1.1. Kullanım amacı

Ambu® Perfit boyunluk; hasta nakliyesi veya hareket sırasında servikal omurganın nötr konumda kalmasında; lateral olarak (bir yan dan bir yana) sallanmasının, anterior-posterior olarak (ileriye ve geriye) büükülmesinin ve esnemesinin önlenmesinde kurtarıcıya yardımcı olmak üzere tasarlanmış tek parça sert servikal immobilizasyon cihazıdır.

1.2. Kontrendikasyonlar

Penetran yaralanması veya ankilozan spondiliti olan hastaların boyunlukla birlikte immobilize edilmesi önerilmez.

1.3. Uyarılar ve İkazlar

UYARILAR

1. Boyunluk, bir hekim veya başka bir sağlık otoritesinin önerdiği şekilde lisanslı sağlık personeli tarafından uygulanmaya yönelikdir. Ürünün bir hekim veya başka bir sağlık otoritesi tarafından önerildiği gibi kullanılmaması kalıcı hasara yol açabilir.
2. Boyunluğu başka bir hastada yeniden kullanmayın. Boyunluk yalnızca bir hastada kullanılmak içindir. Ürünün yeniden kullanılması enfeksiyonlara sebep olabilir ve kontaminasyona yol açabilir.
3. Boyunluğu bir hastada 24 saatten fazla kullanmayın. Boyunluğun belirtilen süreden daha fazla takılı kalması durumunda basınç ülseri oluşabilir.

UYARILAR

1. Boyunluğun kullanılırken çıkması durumunda boyunda ciddi yaralanmalara yol açabileceği için geneye takılan parçasının doğru pozisyonda olduğunu ve ayarının daima sabit durmasını sağlayın.

1.4. Potansiyel Yan Etkiler

Teşiste karışıklık, cilt tahrizi veya basınç ülseri ve zayıf havalandırma.

1.5. Genel Notlar

Bu cihaz kullanılırken veya cihazın kullanımına bağlı olarak herhangi bir ciddi hasar meydana gelirse lütfen durumu üreticiye ve yetkili makama bildirin.

2.0. Özellikler

Saklama sıcaklığı: EN 1789'a göre - 30 °C'de (-22 °F) ve + 70 °C'de (158 °F) test edilmiştir.

Çalıştırma Sıcaklığı: -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Ambu® Perfit Boyunluk Kullanımı

- Bir kurtarma görevlisinin başı ve boynu nazikçe nötr hizalama pozisyonunda tutarak elle sabitlemesini sağlayın. (1)
- Hasta çenesinin hemen altında yatay olarak çizilmiş hayali bir düzlem ile hasta omzunun hemen üstünde çizilmiş ikinci yatay düzlem arasındaki mesafeyi ölçün. (2)
- Bu mesafeyi, yaka boyutlandırma hattı ile plastik boyunluk gövdesinin (köpük değil) alt tarafı arasındaki mesafeyle karşılaştırın ve uygun boyutu seçin. (3)
- Boyunluğu hastaya takmadan önce çeneye takılacak parçanın öne döndürüldüğünden emin olun. (4, 5)
- Boyunluğu hastanın boynuna geçirin. (6, 7, 8, 10, 11)
- Cırt cırtlı kısmı kullanarak boyunluğu kapatın. (9, 12, 13)
- Nazal havayolu tüpü, her iki taraftaki kancalara takılabilmektedir. (14)

4.0. İmha edilmesi

Kullanılmış ürünler yerel prosedürlere göre imha edilmelidir.

Perfit 颈托尺寸指南

- 尺寸 1 小儿 = 紫色
- 尺寸 2 小儿 = 绿色
- 尺寸 3 无颈 = 红色
- 尺寸 4 矮个 = 黄色
- 尺寸 5 普通 = 蓝色
- 尺寸 6 高个 = 粉色

1.0. 重要信息 - 使用前请阅读

使用颈托前必须先仔细阅读并理解全部说明。所有的指导仅被视为使用指南，而不是对医疗行为的定义。

1.1. 预期用途

Ambu® Perfit 颈托是一体式刚性颈椎固定设备，旨在协助救助者使患者的头颈部保持居中，防止患者运输或移动过程中发生（左右）侧移和前后屈伸颈椎。

1.2. 禁忌症

对于具有穿透性损伤或强直性脊椎炎的创伤患者，不建议使用颈托固定颈椎。

1.3. 警告和注意事项

警告



1. 该颈托应由医师或获得医疗机构授予证书的医疗保健从业人员进行操作。未经医师或获得医疗机构授予证书的从业人员使用，可能会在使用时导致永久性受伤。
2. 请勿将颈托重复使用于其他患者。该颈托仅供单个患者使用。重复使用会产生污染，导致感染。
3. 请勿将颈托用于患者超过 24 小时。长时间使用颈托会导致发生压力性溃疡。

注意

1. 使用期间颈托脱落会导致颈部严重受伤，因此使用时应确保下巴板处于正确位置，并且尺寸大小始终不变。

1.4. 潜在不良事件

诊断干扰、皮肤擦伤或压力性溃疡，以及通气功能受损。

1.5. 基本注意事项

如果在设备使用过程中出现严重事故，或者因使用设备而导致严重事故，请向制造商及主管当局报告详情。

2.0. 技术规格

- 存储温度： 根据 EN 1789, 测试温度在 -30 °C (-22 °F) 和 +70 °C (158 °F).
操作温度： -10 °C ~ +40 °C (14 °F~104 °F).

3.0. Ambu® Perfit 颈托使用说明

- 由一名施救者用手轻轻托住患者的头部和颈部，使其保持在居中位置。(1)
- 测量患者下巴水平和下方的假想面与患者肩膀顶部绘制的第二水平面之间的距离。(2)
- 将此距离与颈托尺寸线到塑料颈托体下方(而非泡沫)之间的距离进行比较，选择合适的颈托尺寸。(3)
- 将颈托放置在患者身上之前，应确保将下巴板朝前翻转。(4, 5)
- 将颈托缠绕患者的颈部。(6, 7, 8, 10, 11)
- 使用 Velcro 粘扣带 固定住颈托。(9, 12, 13)
- 鼻管可以由两侧的鼻管钩固定。(14)

4.0. 处置

用过的产品必须按当地规程进行处理。



Ambu is a registered trademark of Ambu A/S, Denmark.



Ambu A/S

Baltorpbakken 13
DK-2750 Ballerup, Denmark
T +45 72 25 20 00
F +45 72 25 20 50
ambu.com